

**Nabídka nadbytečné zdravotnické techniky ze skladu použitého majetku
Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha****Tab. 1 ZT ze skladu použitého majetku k 26.5.2015**

Pořadové číslo	Přístroj	Typ	Výrobce	Rok výroby	Pořizovací cena
1	box laminární	BVL 66B1U	LABOX spol. s r.o.		750,00 Kč
2	přístroj uz doppler	MULTI DOPPLEX II		1999	114 526,00 Kč
3	doppler kardiovaskulární	MULTIDOPPLEX II	HUNTLEIGH Diagnostics Ltd.	1993	35 417,00 Kč
4	křeslo vyš.a op.gyn.	GYNELLA		1998	114 481,50 Kč
5	lůžko sprchovací hydraulické	CONCETRO ARJO	ARJO Švédsko	2000	166 433,00 Kč
6	Lampa opearční	HANAULUX	MAQUET Německo	1996	400 000,00 Kč
	Lampa operační	HANAULUX	MAQUET Německo	1996	400 000,00 Kč
7	zástěna jednodílná - paravan			1996	4 483,50 Kč
	zástěna jednodílná - paravan			1996	4 483,50 Kč
8	zástěna skládací s kolečky			2001	5 555,10 Kč
	zástěna skládací s kolečky			2001	5 555,10 Kč
	zástěna skládací s kolečky			2001	5 555,10 Kč
9	mikroskop operační	OPMI 6 CH	OPTON	1983	820 923,00 Kč
10	dávkovač lineární	ID 20/50 TV	BRNO COMPACT	1994	14 280,00 Kč
	dávkovač injekční	ID 20/51	BRNO COMPACT	1994	18 795,00 Kč
11	dávkovač lineární ID 2050	ID 20/50 TV	BRNO COMPACT	1997	19 927,96 Kč
12	pumpa infuzní volumetrická	ASENA GW	ALARIS UK	2005	38 083,50 Kč
	pumpa infuzní volumetrická	ASENA GW	ALARIS UK	2005	38 083,50 Kč
13	umyvadlo operační nerez			2011	340,00 Kč
	umyvadlo operační nerez			2011	340,00 Kč
	umyvadlo operační nerez			2011	340,00 Kč
	umyvadlo operační nerez			2011	340,00 Kč
	umyvadlo operační nerez			2011	340,00 Kč
	umyvadlo operační nerez			2011	340,00 Kč



Pořadové číslo	Přístroj	Typ	Výrobce	Rok výroby	Pořizovací cena
14	negatoskop čtyřpolový	NHQ 4.4 R,šedý	LEGROS Francie	1998	96 968,04 Kč
15	negatoskop dvojitý nástěnný	NH Q R2	LEGROS Francie	2004	62 200,00 Kč
16	negatoskop	ELLA N6.2LR	LEGROS Francie	2004	65 371,00 Kč
	negatoskop	ELLA N6.2LR	LEGROS Francie	2004	65 371,00 Kč
	negatoskop	ELLA N6.2LR	LEGROS Francie	2004	65 371,00 Kč
17	Termobox na trombocyty 120 Vak	TOOL		2003	453 379,00 Kč
18	Termobox na trombocyty 120 Vak	TOOL		2003	453 379,00 Kč
19	defibrilátor	PRIMEDIC - B	METRAX GmbH	1996	47 900,00 Kč
20	Defibrilátor přenosný bateriový	Primedic b	METRAX GmbH	1997	54 900,00 Kč
21	Defibrilátor asynchronní bateriový	PRIMEDIC DEFI B- PŘENOSNÝ	METRAX GmbH	2002	59 745,00 Kč



1. BOX LAMINÁRNÍ



Typ: BVL 66B1U

Výrobce: LABOX spol. s r.o.

Šířka pracovní plochy: 100cm

Technické zhodnocení: laminární box je funkční.



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Česká republika

e-mail: martina.slabova@uvn.cz
tel.: 973 202 859
internet: www.uvn.cz

2. PŘÍSTROJ UZ DOPPLER



Typ: MULTI DOPPLEX II
Výrobce: HUNTLEIGH Diagnostics Ltd.
Rok výroby: 1999

Technické zhodnocení: doppler je funkční.



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Česká republika

e-mail: martina.slabova@uvn.cz
tel.: 973 202 859
internet: www.uvn.cz

3. DOPPLER KARDIOVASKULÁRNÍ



Typ: MULTI DOPPLEX II
Výrobce: HUNTLEIGH Diagnostics Ltd.
Rok výroby: 1993

Technické zhodnocení: doppler je funkční, rozbitý kryt na baterii, ulomený horní držáček na sondu.



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Česká republika

e-mail: martina.slabova@uvn.cz
tel.: 973 202 859
internet: www.uvn.cz

4. KŘESLO VYŠETŘOVACÍ A OPERAČNÍ GYNEKOLOGICKÉ



Typ: GYNELLA
Rok výroby: 1998

Technické zhodnocení: křeslo je v dobrém stavu, funkční.



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Česká republika

e-mail: martina.slabova@uvn.cz
tel.: 973 202 859
internet: www.uvn.cz

5. LŮŽKO SPRCHOVACÍ HYDRAULICKÉ



Typ: CONCETRO ARJO

Výrobce: ARJO Švédsko

Rok výroby: 2000

Rozměr lůžka (šxd): 62x185cm

Technické zhodnocení: lůžko nese známky opotřebení, je relativně v dobrém stavu, funkční. Součástí lůžka není vnitřní vložka.



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Česká republika

e-mail: martina.slabova@uvn.cz
tel.: 973 202 859
internet: www.uvn.cz

6. LAMPA OPERAČNÍ



Typ: HANAULUX

Výrobce: MAQUET Německo

Rok výroby: 1996

Technické zhodnocení: světlo operační je relativně v dobrém stavu, funkční, bez napájecího zdroje.
Napájení 24V.

Skladem 2 ks.



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Česká republika

e-mail: martina.slabova@uvn.cz
tel.: 973 202 859
internet: www.uvn.cz

7. ZÁSTĚNA JEDNODÍLNÁ - PARAVAN



Rok výroby: 1996

Šxv: 91x181cm

Technické zhodnocení: zástěna je v dobrém stavu.

Skladem 2 ks



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Česká republika

e-mail: martina.slabova@uvn.cz
tel.: 973 202 859
internet: www.uvn.cz

8. ZÁSTĚNA S KOLEČKY



Rok výroby: 2001

šxv: 100x181cm

Technické zhodnocení: zástěna je v dobrém stavu.

Skladem 3 ks



9. MIKROSKOP OPERAČNÍ



Typ: OPMI 6
Výrobce: OPTON
Rok výroby: 1983

Technické zhodnocení: mikroskop je funkční.



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Česká republika

e-mail: martina.slabova@uvn.cz
tel.: 973 202 859
internet: www.uvn.cz

10. DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ



Typ: ID 20/50 TV

Výrobce: BRNO COMPACT

Rok výroby: 1994

Technické zhodnocení: dávkovač je funkční.

Skladem 2 ks.



11. DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ



Typ: ID 20/50 TV
Výrobce: BRNO COMPACT
Rok výroby: 1997

Technické zhodnocení: dávkovač je funkční.



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Česká republika

e-mail: martina.slabova@uvn.cz
tel.: 973 202 859
internet: www.uvn.cz

12. PUMPA INFUZNÍ



Typ: ASENA GW
Výrobce: ALARIS UK
Rok výroby: 2005

Technické zhodnocení: pumpa je funkční, nízká výdrž baterie, dvířka se těžce zamykají – nutná oprava.

Skladem 2 ks.



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Česká republika

e-mail: martina.slabova@uvn.cz
tel.: 973 202 859
internet: www.uvn.cz

13. UMYVADLO OPERAČNÍ NEREZ



Rok výroby: 1994/2011

Technické zhodnocení: umyvadlo operační, nerezové, je v dobrém stavu.

Skladem 6 ks.



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Česká republika

e-mail: martina.slabova@uvn.cz
tel.: 973 202 859
internet: www.uvn.cz

14. NEGATOSKOP ČTYŘPOLOVÝ



Negatoskop závěsný.

Typ: ELLA NHQ 4.4R

Výrobce: LEGROS Francie

Rok výroby: 1998

Rozměr osvětlené plochy (šxv): 145x41cm

Technické zhodnocení: negatoskop je funkční.

Skladem 2 ks.




ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Česká republika

e-mail: martina.slabova@uvn.cz
tel.: 973 202 859
internet: www.uvn.cz

15. NEGATOSKOP DVOJITÝ NÁSTĚNNÝ



Negatoskop je závěsný.

Typ: ELLA NH Q R2

Výrobce: LEGROS Francie

Rok výroby: 2004

Rožměr osvětlené plochy (šxv): 73x41cm

Technické zhodnocení: negatoskop je funkční.



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Česká republika

e-mail: martina.slabova@uvn.cz
tel.: 973 202 859
internet: www.uvn.cz

16. NEGATOSKOP



Negatoskop je závěsný.

Typ: ELLA N6.2LR

Výrobce: LEGROS Francie

Rok výroby: 2004.

Rozměr osvětlené plochy (šxv): 75x45cm

Technické zhodnocení: negatoskop je funkční.

Skladem 3 ks



17. TERMOBOX NA TROMBOCYTY 120 VAKŮ



Typ: TOOL

Výrobce: TOOL s.r.o.

Rok výroby: 2003

Technické zhodnocení: termobox je funkční, pouze nutno vyměnit zářivku.



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Česká republika

e-mail: martina.slabova@uvn.cz
tel.: 973 202 859
internet: www.uvn.cz

18. TERMOBOX NA TROMBOCYTY 120 VAKŮ



Typ: TOOL

Výrobce: TOOL s.r.o.

Rok výroby: 2003

Technické zhodnocení: termobox je funkční.



19. DEFIBRILÁTOR



Defibrilátor přenosný bateriový.

Typ: PRIMEDIC B
Výrobce: METRAX GmbH
Rok výroby: 1996

Technické zhodnocení: defibrilátor je funkční. Technický stav odpovídá jeho stáří a míře opotřebení.
Nutná výměna baterie.



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Česká republika

e-mail: martina.slabova@uvn.cz
tel.: 973 202 859
internet: www.uvn.cz

20. DEFIBRILÁTOR



Defibrilátor přenosný bateriový.

Typ: PRIMEDIC B
Výrobce: METRAX GmbH
Rok výroby: 1997

Technické zhodnocení: defibrilátor je funkční. Technický stav odpovídá jeho stáří a míře opotřebení.
Nutná výměna baterie.



21. DEFIBRILÁTOR



Defibrilátor přenosný bateriový.

Typ: PRIMEDIC B

Výrobce: METRAX GmbH

Rok výroby: 2002

Technické zhodnocení: defibrilátor je funkční. Technický stav odpovídá jeho stáří a míře opotřebení. Nutná výměna baterie.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu o nabízenou zdravotnickou techniku mne kontaktujte na uvedeném emailu nebo telefonu. V e-mailové zprávě uveďte pořadové číslo zdravotnické techniky a Váš kontakt.

V Praze 26.5.2015

Martina Slabová, Dis.
Referent OZT